No. 18.

rapport d'un bandage envoyé a L'academie
par Le Sieur imbert

L'examen de cette mechanique nouvellement proposé a fait connoître que son auteur n'a que des idées tres superficielles des bandages et des conditions que ces moyen doivent remplir pour contenir les hernies. celui que Le S. imbert presente deja connu sous le nom de bandage a souffet, est un composé d'une double platine avec un ressort intermediair. ce ressort obeit à l'action des doigts mais ne cede nullement à la pression du corps; c'est ce qu'une application exacte de ce bandage a demontré. on se rend raison de l'inertie de cette mechanique lorsque l'on considere que Le circulaire mollet et flexible n'offre aucune resistance posterieure en opposition au point d'appui qui puisse favoriser le jeu du ressort. l'effet de cette mechanique ~~Son effet~~ est donc illusoire et L'application de ce bandage devant etre insuffisante dans les cas les plus ordinaires ne peut meriter Les suffrages de l'academie

Fraisnel

ARC 16 d. 1 n° 32

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE